



ประกาศจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง สอบราคากล่องครุภัณฑ์ทันตกรรม

จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์ที่จะสอบราคากล่อง ครุภัณฑ์ทันตกรรม ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหูช้าง อำเภอป่าสัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเตย อำเภอทับทัน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี รายละเอียดดังนี้

- เครื่องยนต์ทำฟัน จำนวน ๔ เครื่อง

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ที่จะสอบราคากล่องดังกล่าว และต้องมีเอกสารการจดทะเบียนโดย ถูกต้อง จากกระทรวงพาณิชย์ และต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการขายพัสดุ

๒. ไม่เป็นผู้ถือกระบุชอิเล็กทรอนิกส์รายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนข้อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สถาบันความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดอุทัยธานี

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ณ วันประกาศสอบราคากล่องรังน้ำ

กำหนดเปิดซองสอบราคาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นของสอบราคากล่อง ผู้อำนวยการทั่วไป(งานพัสดุ) สำนักงาน- สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หรือ สอบตามทางโทรศัพท์ หมายเลข โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชุมพลสิทธิ์ ศิติสาร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัตรากการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เอกสารสอบราคาชื่อเลขที่ ๒/๒๕๕๖
การซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม
ตามประกาศจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาชื่อครุภัณฑ์ทันตกรรม ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเตย อำเภอทพทัน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองนางนาก อำเภอหนองฉาง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี รายละเอียดดังนี้

- เครื่องยนต์ทำฟัน จำนวน ๔ เครื่อง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้จะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ทันที และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบ ราคฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาชื่อ

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เครื่องยนต์ทำฟัน จำนวน ๗ แผ่น

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาชื่อดังกล่าว และต้องมีเอกสารการจด ทะเบียนโดยถูกต้องจากกระทรวงพาณิชย์ และต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายพัสดุ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้澳ของใบเสนอราคาและแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ เอกสารส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๑.๒ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๑.๓ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

๓.๑.๔ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมของใบเสนอราคา

๓.๑.๕ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

๓.๑.๖ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓.๑.๗ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ยื่นสำเนาใบรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๓.๒ เอกสารส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ แคตตาล็อก หรือรูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๕

๓.๒.๒ หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมาย (ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน)

๓.๒.๓ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ยื่นพร้อมของใบเสนอราคา

๓.๒.๔ อื่น ๆ (ถ้ามี)

๔. การยื่นของเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคางานแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคางานเป็นเงินบาท และเสนอราคางานเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้น ซึ่งรวมราคากำภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ราคานี้จะต้องเสนอสำหรับการดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดของสอบราคา โดยภายในกำหนดดังนี้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอสำหรับเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องนำพัสดุไปติดตั้งให้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๕ แห่งดังนี้

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งช้าง อำเภอป่าบានเร จังหวัดอุทัยธานี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลังเตย อำเภอทับทัน จังหวัดอุทัยธานี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล้อหัวไก่ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่จังหวัดจะยึดไว้เป็นไว้เอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่แนบให้พิจารณาหากเป็นสำเนาอยู่ป้ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจหน้าที่นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดของสอบราคาไม่มีความประสงค์จะขอตั้งฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดของสอบราคาตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๖ ก่อนยื่นของสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ถูกต้องและเข้าใจ เอกสารสอบราคาทั้งหมดก่อนที่จะตกลงยื่นของสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นของสอบราคาที่ปิดเผื่องเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการเปิดของสอบราคากลุ่มครุภัณฑ์ทันตกรรม” โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคา ตามเอกสารสอบราคเลขที่ ๒/๒๕๕๘” นำไปปีนต่อเจ้าหน้าที่รับของสอบราคาที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และเจ้าหน้าที่จะออกใบรับให้เป็นหลักฐาน

หากผู้เสนอราคายield ไม่นำของราคารับรองเอกสารหลักฐานบัญชีรายการเอกสารไปยื่นไว้ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ยื่นของสอบราคา เจ้าหน้าที่ฯ จะไม่รับของสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย ว่าเป็นผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดของใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการการเปิดของสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดของใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคาระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคามีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคាតั้งกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

๔.๘ คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะเปิดของสอบราคาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และขอให้ผู้เสนอราคา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายอญี่เพ็ชรทราบหรือซึ่งข้อเท็จจริงต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการแจ้ง หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

การอุทธรณ์ย่อมไม่เป็นเหตุผลให้มีการขยายเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ จังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์เห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคานี้ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้จังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคานี้ได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาค่า

๕.๑ ในการสอบราคากรังนี้จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาร่วมในใบเสนอราคาน้ำสุดเป็นเกณฑ์ และจะต้องไม่เกินราคากลาง

๕.๒ หากผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคามาครบถ้วนตาม ข้อ ๓ หรือยื่นของราคามิถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคากองผู้เสนอราคายืนนั้น เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคานิส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

๕.๓ จังหวัดส่วนสิทธิไม่พิจารณาค่าของผู้เสนอราคากโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เสนอราคายืนนั้น ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาก หรือ ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคากองจังหวัดอุทัยธานี ก่อน วันเปิดซองสอบราคาก

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมด้า หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดไม่ใบเสนอราคาก

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคากเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคานี้เสนอ มีการขัดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาก หรือการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก หรือ จังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาก แจ้งข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นได้เกี่ยวกับผู้เสนอราคาก ได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาก หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดทรงไว้วังสิทธิจะไม่รับราคาน้ำสุด หรือราคานี้ค่าได หรือราคานี้เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคากโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ และให้อธิบายว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคากจะเรียกร้องข้อเสียหายใด ๆ มีได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาก และลงโทษผู้เสนอราคากเมื่อเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคานี้ไดรับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาก้อนเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคากแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาก ที่มีสิทธิไดรับคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๕.๖ เป็นผู้เสนอราคาก ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาก หรือเป็นผู้เสนอราคาก ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันตาม ข้อ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาก ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตาม ข้อ๕.๖ จังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคายืนนี้เป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคานี้ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง จังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคานี้ได

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ผู้จะทำการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละ ๕ ของสิ่งของที่สอบราคาได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ทำการสอบราคาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินสด
 - (๒) เช็คที่ธนาคารเขียนสั่งจ่ายให้กับจังหวัดอุทัยธานี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำการสอบราคา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน
 - (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ ๑.๔
 - (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพัฒนิชัยและประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโถมให้เข้าตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ กกพ.กำหนด
 - (๕) พันธบตรรัฐบาลไทย
- หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้จะทำการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑.๓ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน

๘. การประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้จะทำการสอบราคาซึ่งได้ทำการซื้อขายตามแบบที่กำหนดจะต้องประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบเบี้ยเสื่อมสีของให้ตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง หากมีการแก้ไขถึง ๒ ครั้งแล้ว ยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้สอบราคาได้ (ผู้ขาย) จะต้องนำของมาเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยไม่มีคิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอื่น ๆ

เงินค่าพัสดุสำหรับการจัดซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก การจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วเท่านั้น

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อขายตามที่สอบราคาแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่ง หรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคازึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี เป็นต้น

(๑) แจ้งการสั่ง หรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากประเทศไทยต่อ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จำกัดประจำประเทศไทยยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี

๙.๑ ผู้เสนอราคาก็จังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ จังหวัดจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๒ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๙.๓ ในการเสนอราคากครั้งนี้ หากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบท้ายรายการใดที่คลัดเคลื่อนจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดถือเอาของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการจัดซื้อครั้งนี้แทนรายการที่คลัดเคลื่อน



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทันตกรรม

ยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ ประกอบด้วยระบบไฟแสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุม ระบบดูดน้ำลาย ระบบหัวบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้ เป็นรุ่นใหม่ integral Dental Unit ที่รวมทุกอย่างอยู่ในตัวเดียว ที่มีแขนต่ออุปกรณ์ต่างๆ โดยรวมอยู่ในท่อガ๊ง แล耶ย์ดรวมติดไปกับเก้าอี้คนไข้

๑.๒ ยูนิตมีจุดต่อ COUPLING น้ำ สำหรับเครื่องขุดหินปูนและมีหัวต่อแบบ Non-return Value สำหรับเสียบหัวน้ำได้ มีจุดต่อตัวเมีย (Coupling) แบบ Non-return Value เฉพาะลมอย่างเดียว สำหรับเครื่องเป่าทรายที่ใช้ในช่องปาก (Intraoral sandblaster) และ ลม น้ำ สำหรับต่อเครื่องขุดหินปูนภายนอก

๑.๓ มีจุดต่อ Coupling แบบ Non-Return Value เฉพาะลมอย่างเดียว สำหรับเครื่องเป่าทราย

๑.๔ มี Build In Scalerระบบ Piezonแบบมีไฟ LED พร้อมหัว

๑.๕ มีที่ดูฟิล์มเอกสารเรย์ ในตำแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน กล่องไฟดูฟิล์ม X-ray (X-ray Film Viewer) สามารถเลือกเป็นแบบ Periapical film หรือแบบ OPG (Panoramic) ตามแต่ต้องการ

๑.๖ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ โวลท์ ใช้กับระบบทำงานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ ระบบไฟแสงสว่าง ไฟส่องปาก (Operating light) เป็นไฟ halogen dental lamp ด้านหลังเป็นกระจก refractor สามารถปรับระดับความเข้มของแสงได้ ๓ ระดับ เข้มสูง กลาง และ มีระบบ sensor เพื่อเปิดปิดโดยอัตโนมัติ โดยใช้มือผ่าน

๒.๒ แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน

๒.๓ ให้ความเข้มแสงที่ระยะไฟก๊าซไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ และไม่เกิน ๒๘,๐๐๐ ลักซ์

๒.๔ ระยะไฟก๊าซที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร

๒.๕ Color Temperature อุณหภูมิระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๖,๕๐๐ องศาแคลวิน

๒.๖ สามารถปรับระดับของแหล่งกำเนิดแสงได้เมื่อระบบเปิด – ปิดไฟส่องสว่างแบบ Sensor

๒.๗ Flexible Arm สำหรับยึดคอมไฟ

๒.๘.๑ ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม

๒.๘.๒ สามารถปรับระดับคอมไฟได้หลากหลายทั้งแนวตั้งและแนวราบ

๓. ระบบเครื่องกรอฟัน

๓.๑ เครื่องกำเนิดอากาศอัด (AIR COMPRESSOR)

๓.๑.๑ เครื่องกำเนิดอากาศอัดเป็นระบบที่ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น

๓.๑.๒ กำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า

๓.๑.๓ จำนวนรอบการหมุนของมอเตอร์ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบ/นาที

๓.๑.๔ สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ ๔ บาร์ ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ ลิตร/นาที

๓.๑.๕ มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ

ผู้ลงนาม -

.....ประธานกรรมการ..... ๑๗๗ กรรมการ..... ๒๖๓๖ กรรมการ.....

๒.๑.๖ ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร พร้อม Safety Valve และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยู่ในถัง และมีวาร์ลเปิดปิดอย่างอัตโนมัติ และน้ำทึบติดตั้งใช้งานได้อย่างสะดวก

๒.๑.๗ มีกล่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับในช่วง ๑๘๐ – ๒๖๐ โวลท์ และแรงดันไฟฟ้าที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน +/- ๕%

๒.๑.๘ มีสวิตซ์ตั้งในมิติควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ให้แรงดันอากาศอัดในถังอยู่ในพิกัดโดยช่วง Cut-In เมื่อแรงดันอากาศอัดไม่ต่ำกว่า ๕ บาร์

๒.๑.๙ มีระบบทำให้อากาศแห้งก่อนเข้าถัง (Dryer) พร้อมถังดักน้ำมีไส้กรองแบบ (Semi Filter) พร้อมวาล์วไฟฟ้า (Solenoid Valve) หลังบีบตัดการทำงานที่ ๗.๕ Bar(Cut out) จะมีการเลื่อน้ำทุกครั้ง

๒.๑.๑๐ ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องติดตั้งในห้องติดตั้งยูนิตทำฟัน โดยชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องมีองค์ประกอบและการติดตั้งเรียงลำดับ ก่อนเข้ายูนิตทำฟัน ดังนี้

ก. ขั้นตอนที่เกิดจากการควบແเนี่นภายในอากาศอัดด้วย

- Water Separatorชนิด Auto-drained ที่มี Differential Pressure Indicator จำนวน ๑ตัว
 - บ. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน ๕ ไมครอนด้วย
 - Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า จำนวน ๑ ตัว
 - ค. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน ๐.๓ ไมครอน ด้วย
- Mist SeparatorWithDifferential Pressure Indicator พร้อม Metal Guard หรือ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า จำนวน ๑ ตัว
 - จ. ลดแรงดันของอากาศให้เป็น ๕ บาร์ ด้วย
 - Air Regulatorพร้อมมาตรวัดแรงดัน จำนวน ๑ ตัว

ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศที่มิได้เป็นไปตาม ข้อ ๒.๑.๑๐ จะต้องมีคุณภาพอากาศอัดอย่างต่ำตาม Quality Air Class ที่ ๑.๖.๑ ของ ISO ๘๕๗๓ (Dirt Particle Size=๐.๑ ไมครอน Water Pressure Dew Point=๑๐ C, Oil=๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีเอกสารรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศ

๒.๒ ตัวมกรอประกอบด้วย

๒.๒.๑ ตัวมกรอเร็ว (Airotor) จำนวน ๒ ตัวมกรอ โดยมีคุณสมบัติ

๒.๒.๑.๑ เป็นชนิดที่มีรูน้ำออกatabyความร้อนของหัว Bur จากการกรอฟัน ที่มีส่วนฟื้ว ไม่น้อยกว่า ๓ รู และถอดได้สีหัว Bur แบบ Push Button

๒.๒.๑.๒ ข้อต่อ (Coupling) ด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type (๔Holes)

๒.๒.๑.๓ สามารถผ่าเชือโค โดยการนีง่าย เชือได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง ๑๓๕ องศาเซลเซียส

๒.๒.๑.๔ ลูกปืนเป็น Ceramic พร้อมระบบ Anti-Retraction ป้องกันน้ำและเชือโคหลย้อนกลับ

๒.๒.๑.๕ เป็นแบบชนิด Fiber Optic พร้อมสายสามารถต่อเข้ากับระบบของยูนิตทำฟันที่มีระบบ circuit optic fiber ทั้ง ๒ เส้น และสำหรับให้แสงสว่างขณะกรอโดยสามารถควบคุมเปิด-ปิด ได้จากแรงควบคุมบริภูมิสถานะทางเครื่องมือ

.....กานต์..... ประธานกรรมการ.....นาย ฯ.....กรรมการ.....๗๗๓.....กรรมการ

๒.๒.๒ ด้ามกรอช้ำ

๒.๒.๒.๑ เป็นชนิด Air Micromotor โดยมีด้านท้ายเป็นแบบ Mid west Type (๔Holes)

๒.๒.๒.๒ แบบท่อน้ำในและสามารถปรับความเร็วได้

๒.๒.๒.๓ มีด้ามต่อชนิดตรง (Straight) แบบมีท่อน้ำใน และหักมุม (Contra – Angle) แบบมีท่อน้ำใน ถอดได้หัว Bur แบบ Push Buttonอย่างละ ๑ ด้าม

๒.๒.๒.๔ สามารถขูดเชือโรค โดยการนึ่งข่าเข้าด้วยทนความร้อนได้สูงถึง ๑๓๕ องศา

เซลเซียส

๒.๓ Triple Syringe สามารถเป่าน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกัน รายทิปสามารถถอดออกช้ำ เชือด้วยการนึ่งข่าเข้าด้วย

๒.๔ สายด้ามกรอ และ Triples Syringe ทุกเส้น เป็นเส้นตรงทำด้วยซิลิโคน

๒.๕ ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้สำหรับหัวกรอเป็นภาชนะใส ทนความดันไม่น้อยกว่า ๔ บาร์

๒.๕.๑ มีความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

๒.๕.๒ สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทำความสะอาดได้สะดวก

๒.๕.๓ มีระบบบายล์มทันที ก่อนถอดเปลี่ยน

๒.๕.๔ เป็นระบบภาชนะพลาสติกบรรจุน้ำแบบ ๒ ขวด โดยสามารถถอดขาดที่น้ำหมดออกเพื่อทำความสะอาดและเติมน้ำ โดยไม่ต้องปิดเครื่อง สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้ไม่ต้องหยุดการทำงาน พร้อมขาดบรรจุน้ำสำรอง ๒ ขวด ขวดภาชนะพลาสติกบรรจุน้ำ เป็นแบบ ๒ ขวด ใช้งานทีละขวด เมื่อน้ำหมดให้สลับสวิตซ์ใช้อีกขวดต่อ โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง เพื่อเติมน้ำในขวดใหม่ โดยสามารถถอดขาดที่น้ำหมดออกเพื่อทำความสะอาดและเติมน้ำ โดยไม่ต้องปิดเครื่อง สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้ไม่ต้องหยุดการทำงาน

๓. ระบบควบคุม

๓.๑ ระบบการควบคุมการทำงานของด้ามกรอ

๓.๑.๑ สามารถปรับปริมาณน้ำและแรงดันอากาศอัดด้ามกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่าน Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัด ที่เชื่อมต่อด้ามกรอ

๓.๑.๒ ไม่มีการบีบหรือหักพับสายที่เป็นทางเดินของน้ำและอากาศอัดในระบบ

๓.๑.๓ สายที่เป็นทางเดินของน้ำและอากาศอัดภายในระบบควบคุมต้องเป็นสายที่ทำจาก Polyurethane (PU) โดยมีการระบุ Polyurethane (PU) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายที่ตัวสาย

๓.๑.๔ มีที่วางหรือใส่ด้ามกรอ สำหรับด้ามกรอเร็ว ๒ ที่สำหรับด้ามกรอช้ำ ๑ และ Triple Syringes ๑ ที่และ Build-in scaler ๑ ที่

๓.๑.๕ มีที่วางใส่ถอดเครื่องมือ

๓.๑.๖ ที่ใส่ด้ามกรอและที่ใส่ถอดเครื่องมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน

๓.๑.๗ ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถอดใส่เครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งในแนวราบและแนวตั้ง และคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ (ทั้งนี้เมื่อปิดเครื่องแล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ลัดระดับลงถูพื้น)

๓.๒ สวิตซ์เท้า (Foot switch) เป็นระบบ composed pedal switch ที่สามารถสั่งการทำงานนอกจากรอพัน ยังสั่งงานอื่นๆ ได้อีก พร้อมทั้งควบคุม Build-in scaler ภายใต้ตัว

 ประธานกรรมการ ๗, ๗ กรรมการ ๙๘๗ กรรมการ

๓.๒.๑ ควบคุมการปรับระดับสูงต่ำ และปรับพนักพิงของเก้าอี้คันเข้าได้

๓.๒.๒ ควบคุมการทำงานของด้ามกรอและสามารถเลือกให้หัวกรอทำงานอย่างเดียวหรือทำงานแบบมีน้ำร่วมด้วย

๓.๒.๓ สามารถควบคุมการทำงานของ Build-in scalerได้ โดยไม่ต้องใช้ foot control อีกด้วยทางหาก

๓.๒.๔ มีปุ่มควบคุมน้ำล้างอ่างบวนปาก และน้ำลงแก้ว

๓.๒.๕ มีแอร์ Air Ship เป่าลม ออกด้ามกรอได้โดยที่หัว Bur ไม่หมุน

๓.๒.๖ มีปุ่มควบคุมน้ำ สามารถใช้น้ำที่ด้ามกรอได้อย่างเดียว

๓.๓ Build-in Scaler เป็นระบบ Piezon ถอดวางเครื่องมือ (Instrument Tray) มีที่วางหัวกรอ และ Triple Syringe พิเศษ เพิ่ม Build-in Scaler เป็นระบบ Piezon ชนิดมีไฟ LED ในตัว พร้อมหัว tip ๕ ตัว (Supra/infragingival calculus ๒ เบอร์ เบอร์ล ๒ ตัว root planning tip ๑ ตัว) พร้อมด้วยหัวขันแบบ มี torque ในตัว (torque wrench) โดยแผ่นของถอดวางเครื่องมือ ยืนมานอกฝั่งเดียวกันกับเสาไฟ

๓.๓.๑ ชนิดมีไฟ LED ในตัว

๓.๓.๒ ไฟ LED ที่ด้าม Handpiece มี switch ควบคุมเปิด-ปิด ที่ได้ถอดวางเครื่องมือส่วนหน้า หรือ ควบคุมการเปิด-ปิดด้วย foot switch เดียวกันกับหัวกรอได้

๓.๓.๓ การทำงานใช้ foot switch เดียวกับของหัวกรอใน mode เฉพาะตอนอย่างเดียว

๓.๓.๔ พร้อมหัว tip ๕ ตัว (Supra/Infragingival calculus ๒เบอร์ เบอร์ล ๒ ตัว root planing tip ๑ ตัว)

๓.๓.๕ พร้อมด้วยตัวหมุนแบบมี torque ในตัว [torque wrench]

๓.๓.๖ ตัวด้ามเป็นแบบ Detachable handpiece สามารถถอดทำความสะอาดได้

๓.๓.๗ Handpiece นี้สามารถซ่าเข้าด้วย Autoclave ที่อุณหภูมิ ๑๓๕° องศาเซลเซียส

๓.๓.๘ มีปุ่มปรับกำลังและปริมาณน้ำหล่อเย็น โดยผ่าน Needle valve ที่ได้ถอดวางเครื่องมือ ส่วนหน้า

๔. ระบบดูดน้ำลาย (Saliva Ejector และ Hight Power Suction) Motor Suction มีระบบถอดเก็บน้ำเสีย มี UV Ultraviolet Lamp ช่วยฆ่าเชื้อโรค เพิ่มมี Draining Motor ช่วยไล่น้ำในระบบออก มีตัววัดปริมาณแบคทีเรียที่จะมีมากเกินไป (excessive bacteria indicator) ในส่งถังแยกน้ำ ลม (air water separator tank) ป้องกันเรื่อง cross infection

๔.๑ เป็น Motor Suction ที่ไม่ใช้น้ำร่วมในการทำให้เกิดแรงดูด

๔.๒ แรงดูด High Power Suction มีค่าแรงดูดอยู่ไม่ต่ำกว่า - ๑๑(Kpa.) หรือเทียบเท่า

๔.๓ Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทำงานพร้อมกันได้ และการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ

๔.๔ มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และสามารถนำออกมาล้างและทำความสะอาดได้

๔.๕ ต้องมีการป้องกันของเหลวจากการดูด เข้าสู่ตัวมอเตอร์ได้ในทุกรณี

๔.๖ มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน

๔.๗ ลมที่ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้องผ่าน Bacterial Filter โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการดูดลดลง

.....พัฒนา..... ประธานกรรมการ ๐๙๙/๙ กรรมการ ๐๙๙/๙ กรรมการ

๔.๔ Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้สะดวก และมีสำรอง ๑ ชุด

๔.๕ สายดูดสำหรับ Saliva Ejector และ High Power Suction ผนังด้านในทำด้วยซิลิโคน หรือ เคลือบซิลิโคน มีคุณสมบัติน่าทึ่งหรือตีบตัวขณะใช้งาน

๔.๖ ระบบอุ่นน้ำเสีย มี UV Ultraviolet Lamp ช่วยฆ่าเชื้อโรค

๔.๗ มีDraining Motor ช่วยไล่น้ำในระบบสามารถดันน้ำได้อย่างน้อย ๑ เมตร

๔.๘ มีตัววัดปริมาณแบคทีเรียที่จะมีมากเกินไป (excessive bacteria indicator) ในส่วนถังแยกน้ำ-ลม(air-water separator tank) ป้องกันเรื่อง cross infection

๔.๙ ตัดการทำงาน ด้วย สวิตช์ยัตโนมัติ

๕. ระบบน้ำบ้วนปาก

๕.๑ มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบบ้วนปากและสามารถถอดที่กรองมาล้างทำความสะอาดได้ ง่าย

๕.๒ มีระบบควบคุมปริมาณน้ำลงแก้วน้ำบ้วนปากโดยอัตโนมัติ (โดยใช้น้ำหนักหรือหน่วงเวลา)

๕.๓ อ่างน้ำบ้วนปากคนไข ทำด้วยกระเบื้องหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวรวมกับที่วางแก้วน้ำ ผิวเรียบทำ ความสะอาดง่ายคราบสกปรกไม่เกาะติด มีน้ำค้างซึ่งป้องกันกลิ่น มีท่อน้ำปล่อยน้ำลงในอ่าง

๕.๔ มีที่วางของ ที่ใส่กระดาษเช็ดปาก และที่ใส่แก้วแบบไข้แล้วทิ้ง คาดว่างกระดาษเช็ดปาก (Tissue Box Set) แบบพิเศษเพื่อใส่กระดาษเช็ดปากใส่แก้วน้ำบ้วนปาก เป็นคาดว่างทรัพย์สินส่วนตัวคนไข้

๕.๕ มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้งที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้

๕.๖ มีคาดว่างเครื่องมือส่วนผู้ช่วย(Assistant Arm) วงอุปกรณ์ และมีปุ่มสั่งงานอัตโนมัติเหมือน Doctor tray (แต่สั่งงานได้น้อยกว่า) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (Rack) ดังนี้

๑. สำหรับ Triple Syringe พร้อม Triple Syringe จำนวน ๑ ชุดที่สามารถเป่าน้ำหรือลมหรือ น้ำและลมพร้อมกันโดยปลายทิปสามารถถอดออกมาล้างและทำความสะอาดได้

๒. สำหรับระบบดูดน้ำลายอย่างช้า (Saliva Ejector)

๓. สำหรับระบบดูดน้ำลายอย่างเร็ว (High Power Suction)

๔. สำหรับว่างเครื่องฉายแสง LED Curing Light

๕. สำหรับว่าง Intra-oral camera

๖. ก้าอีคันไข้

๖.๑ สามารถปรับพนักพิงเก้าอี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอี้ได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor

๖.๒ Head Rest สามารถปรับสูงต่ำได้ ตามความต้องการ ตลอดจนสามารถใช้กับเด็กได้

๖.๓ ระบบในการปรับตำแหน่ง Preset และ Auto - return (Zero Position) เมื่อใช้กับคนไข้ที่มี น้ำหนักตัวมาก ตำแหน่งที่ตั้งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง

๖.๔ ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset ได้ ๓ ตำแหน่ง และ Auto - return (Zero Position) จะต้องมีอย่าง น้อย ๒ จุด จาก ๓ จุด ดังนี้ บริเวณคาดว่างเครื่องมือ เก้าอีคันไข้และบริเวณอ่างบ้วนปาก อุปกรณ์ประกอบ

๑. เก้าอี้ทันตแพทย์ จำนวน ๑ ตัว

๑.๑ มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic

.....
.....
.....

..... ประรานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

๑.๒ Lumbar Support

- ๑.๓ ปรับอุ้งพนักพิงได้ และ lock ตำแหน่งได้
- ๑.๔ ปรับเอนเบาะนั่งได้ และ lock ตำแหน่งได้
๒. เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ ตัว
 - ๒.๑ มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ำได้ ด้วยระบบPneumatic
 - ๒.๒ Lumbar Supportและที่พักเท้า

๗. Automatic Voltage Stabilizer จำนวน ๑ ตัว มีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถรับกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๕ KVA
- สามารถรับแรงดันไฟฟ้า Input ได้ระหว่าง ๑๘๐ Volts ถึง ๒๕๐ Volts หรือต่ำกว่า
- สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้า Output ได้ ๒๒๐ Volts ±๕% หรือต่ำกว่า

๘. เงื่อนไขเฉพาะ

มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต และมีแคดตามตัวจริงจากบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิต
สำหรับรายการตามข้อ ๔ และ ข้อ ๕

ด้านกรอเร็ว และด้ามกรอชา เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป, สหรัฐอเมริกา หรือเอเชีย

เครื่องกำเนิดอากาศอัด และมอเตอร์ของระบบดูดน้ำลาย เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป, สหรัฐอเมริกา
หรือเอเชีย ยกเว้นส่วนของถังลมและอุปกรณ์ Overload

Unit เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป, สหรัฐอเมริกา หรือเอเชีย

มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต และหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศของ
อุปกรณ์ทุกรายการ

เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญในการใช้งานดังนี้

เมื่อดูมาตรฐานดัดแปลงการทำงานของด้ามกรอ

เมื่อด้ามกรอทำงานติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า ๑๕ นาที

- แรงดันอากาศอัดที่ด้ามกรอต้องคงที่ตลอดเวลาตามค่าที่กำหนดจากเอกสารกำกับด้ามกรอ
- ตลอดระยะเวลา ๓๐ นาที ในช่วง Cut-In ที่เครื่องกำเนิดอากาศอัดทำงาน
- แรงดันอากาศอัดที่ด้ามกรอต้องคงที่ และมีค่าตามที่กำหนดจากเอกสารกำกับด้ามกรอเมื่อยินดี
ด้ามกรอออกจากที่วาง หรือที่ใส่ตั้งแต่ ๒ ด้ามกรอขึ้นไป และเหยียบสวิทช์เท้า
- ต้องมีด้ามกรอที่ทำงานเพียงด้ามกรอเดียว คือ ด้ามกรอหยิบที่อุกมาแรกสุด (ทดสอบระบบ
First priority) เมื่อเป่าลมออกจาก Triple syringe ไปที่กระจะส่องปาก หรือกระจะเงา
- ต้องไม่มีลักษณะของน้ำเงาแตกต่างจากส่องปาก หรือกระจะเงา

เมื่อใช้ High volume Suction ดูดละอองน้ำในขณะขูดหินปูนด้วยเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า

- ที่ระยะเวลา ๑๐ เซนติเมตร ระหว่าง Suction Trip กับปลาย Tip ของหัวขูด การดูดละอองน้ำอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ๑๐ นาที จะต้องสามารถดูดได้

เมื่อใช้ High volume Suction ร่วมกับ Saliva Ejector

- ตลอดระยะเวลา ๑๐ นาที แรงดูดของ High volume Suction และ Saliva Ejector ต้องคงที่
ตัวเก้าอี้คนไข้ เมื่อใช้ปั๊มปรับตำแหน่ง Preset กับคนที่มีน้ำหนักมากกว่า ๙๐ กิโลกรัม

ผู้ลงนาม

.....ประธานกรรมการ.....นาย.....กรรมการ.....นาย.....กรรมการ

- ตำแหน่ง Preset จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ปรับไว้
- ในกรณีที่ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) อยู่ที่สวิตช์เท้า
- ขณะที่กำลังใช้งาน ด้วยกรอ ตัวเก้าอี้คนไข้ต้องไม่ทำงานไม่ว่าจะปรับเก้าอี้ในตำแหน่งใดก็ตาม (ทดสอบ Chair lock system)

เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิมาก่อน

ในระยะแรกๆ เครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนขึ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ขายจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ให้นำแคตตาล็อกตัวจริงตามคุณลักษณะทุกหัวข้อมาเสนอ ณ วันที่เปิดของ ถ้าบริษัทไม่สามารถจะถือว่าສละสติที่

รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันตรวจรับ

มีคู่มือการใช้ และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย และเป็นภาษาอังกฤษ ๒ ชุด

มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง (Technical / Service Manual) ๒ ชุด

.......... ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ



เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

๑. ข้าพเจ้า..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด.....

โทรศัพท์.....

โดย..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคา ซึ่งครุภัณฑ์
ทันตกรรมเลขที่ ๒/๒๕๕๖ และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่(ถ้ามี) โดยตลอดแลຍอนรับข้อกำหนดและ
เงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคាដสุด รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา ตามราคากลาง
กำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน(หน่วย)	ราคากลาง	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
๑	ยูนิตทำฟัน เครื่อง บาท บาท

รวม รายการ เป็นเงินจำนวน บาท (.....)

ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน บาท (.....)

ตลอดจนรวมทั้งภาษี อกรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว กำหนดส่งมอบ ภายใน วัน

๓. คำเสนอจะจ่ายราคายูนิตในระยะเวลา วัน นับแต่วันเปิดของสอบราคาและจังหวัดอุทัยธานีอาจ
ไม่รับคำเสนอจะจ่ายราคายูนิตในระยะเวลา วัน ให้ได้ก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกใบตามเหตุผลอัน
สมควรที่จังหวัดอุทัยธานีร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายที่แนบท้ายเอกสารสอบราคา กับจังหวัดอุทัยธานี
ภายใน วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ... ของเอกสารสอบราคา ให้แก่จังหวัด
อุทัยธานีก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานร้อยละ ๕ ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาเท่านั้น
เพื่อเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้จังหวัดอุทัยธานี รับหลักประกันสัญญา
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่จังหวัดอุทัยธานีและกรรมสิทธิ์
ที่จะให้ผู้เสนอราคาได้หรือจังหวัดอุทัยธานีไม่ได้

๔. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดอุทัยธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอจะจ่ายราคากลาง รวมทั้งไม่ต้อง^{จะจ่าย}
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๕. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น แคตตาล็อก แบบรูประยะภาระยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ(Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้กับจังหวัดอุทัยธานีพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้จังหวัด
อุทัยธานีไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

/๑. ข้าพเจ้า...

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าจังหวัดอุทัยธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นโดยบริษัทชื่อยุติธรรมและปราศจากกลั่น祫หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคainคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)

(.....)

.....

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๑. ในการณ์ผู้เสนอราคาเป็นเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบิลล์สนธิ

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

๒. ในการณ์ผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล

(ก) บุคคลธรรมดा

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น

จำนวน.....แผ่น

(ข) คณะบุคคล

สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน

จำนวน.....แผ่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน

จำนวน.....แผ่น

๓. ในการณ์ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

จำนวน.....แผ่น

(ก) ในการณ์ผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดा

- บุคคลสัญชาติไทย

จำนวน.....แผ่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย

จำนวน.....แผ่น

สำเนาหนังสือเดินทาง

(ข) ในการณ์ผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

จำนวน.....แผ่น

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

จำนวน.....แผ่น

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด

จำนวน.....แผ่น

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบิลล์สนธิ

จำนวน.....แผ่น

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

จำนวน.....แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวน.....แผ่น

๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมของไปเสนอราคาในการสอบราคาซื้อสูญต้อง^{ชี้} และเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการและสมบัตามากมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนาม

ในใบเสนอราคาแทน

๒. แคดเดล์อกและหรือรูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓. อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมของใบเสนอราคานในการสอบราคาซื้อขายดังต่อไปนี้
และเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา
(.....)