



ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก  
ในครรภ์ จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด  
ราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	จำนวน	๗	เครื่อง
---------------------------------	-------	---	---------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน  
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้  
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัน  
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ  
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  
ที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://uthaihealth.moph.go.th> หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังจังหวัดอุทัยธานี ผ่านทางอีเมล [Prapatpong.U@moph.mail.go.th](mailto:Prapatpong.U@moph.mail.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ..... โดยจังหวัดอุทัยธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <http://uthaihealth.moph.go.th> และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ .....

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายปรารณา ประสงค์ดี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

๑. วัตถุประสงค์ เป็นเครื่องที่ใช้ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์มารดาและสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์
๒. คุณสมบัติทั่วไป
- ๒.๑. เป็นเครื่องซึ่งมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีลำโพงแบบคู่ติดอยู่ในเครื่องพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LCD และปุ่มปรับความดังแบบเลื่อน (Slide)
  - ๒.๒. เครื่องมีหน้าปัทม์ LCD แสดงค่า Fetal Heart rate , Pulse rate และ สถานะของแบตเตอรี่ได้
  - ๒.๓. มีระบบประมวลผลการตรวจวัดแบบ Auto-correlation
  - ๒.๔. เครื่องสามารถปรับเปลี่ยนใช้กับหัววัด (Probe) ได้ไม่น้อยกว่า ๗ แบบ
  - ๒.๕. เครื่องสามารถเลือกสลับใช้กับหัววัดสำหรับ Obstetric Probe ที่มีความถี่ต่างกันได้ ๒ แบบ คือ ๒ MHz และ ๓ MHz
  - ๒.๖. เครื่องสามารถเลือกสลับใช้กับหัว Vascular Probe ที่มีความถี่ต่างกัันดังนี้คือ ๔ MHz, ๕ MHz, ๘ MHz และ ๑๐ MHz
  - ๒.๗. เครื่องสามารถเลือกสลับใช้กับหัว Surgical Probe ที่มีความถี่ ๘ MHz ได้
  - ๒.๘. เครื่องสามารถต่อฟังเสียงจาก Head Phone ได้
  - ๒.๙. เครื่องมีระบบ Automatically Shuts Down กรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องนานกว่า ๑๐ นาที และกรณีไม่มีสัญญาณนานกว่า ๓ นาที
  - ๒.๑๐. ที่ตัวเครื่องมีที่วางหัว Probe แบบครอบภายในเครื่องเพื่อป้องกันการหล่นหรือสูญหาย
  - ๒.๑๑. มีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องที่สามารถ Recharge ได้
  - ๒.๑๒. มี Serial Port ภายในตัวเครื่องสำหรับต่อเชื่อมกับเครื่องพิมพ์ผล

๓. อุปกรณ์ประกอบเครื่องมีดังนี้

- ๓.๑. หัว Probe ขนาด ๒ MHz                      จำนวน ๑ หัว
- ๓.๒. Gel (๒๕๐ ML.)                              จำนวน ๑ ขวด
- ๓.๓. คู่มือการใช้งาน                              จำนวน ๑ เล่ม



.....ประธานกรรมการ

(นายสุชิน คันศร)



.....กรรมการ

(นางสมจิต กรโกษา)



.....กรรมการ

(นางสาวศรีนวล แก้วนเชิงคำ)

เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี
- ๔.๒ มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต หรือจากบริษัทที่เป็นตัวแทนในประเทศมา  
แสดง
- ๔.๓ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
- ๔.๔ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๔.๕ มีเครื่องสำรองให้ใช้ ในกรณีที่เครื่องมีปัญหา
- ๔.๖ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น




.....ประธานกรรมการ

(นายสุชิน คันทร)



.....กรรมการ

(นางสมจิต กรโกษา)



.....กรรมการ

(นางสาวศรีนวล แก้วนเชิงค้ำ)