



ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser therapy) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser therapy) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์	จำนวน	๑	เครื่อง
กำลังสูง (High power laser therapy) (๔๒.๑๘.๑๕.๐๒)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://uthaihealth.moph.go.th> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔



(นายปรารถนา ประสงค์ดี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง

๑. ความต้องการ

เครื่องให้การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ และช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อบริเวณแผลกดทับ ด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มสูง

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ V ๕๐ Hz

๒.๒ ได้มาตรฐานความปลอดภัย I TYPE BF ตามมาตรฐานของ ๖๐๖๐๑-๑

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็น Laser class IV ความยาวคลื่น ๑๐๖๔ นาโนเมตร หรือดีกว่า

๓.๒ ให้การรักษาลงไปได้ถึงกล้ามเนื้อชั้นลึก ให้พลังงานมากที่สุดไม่น้อยกว่า ๑๒ วัตต์

๓.๓ สามารถเลือกลักษณะการใช้งานได้ทั้ง continuous mode , pulse mode และ single mode

๓.๔ มีหน้าจอแสดงผลและควบคุมการทำงานแบบ Touch Screen

๓.๕ มีโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาไม่น้อยกว่า ๓๕ โปรแกรม

๓.๖ มีสารานุกรมพร้อมภาพประกอบ (encyclopedia)

๓.๗ มีลำแสงนำทางในการรักษา (navigation light) เพื่อทำให้เห็นแนวบริเวณที่ลำแสงเลเซอร์จะไปถึงได้อย่างชัดเจน

๓.๘ มีระบบหยุดการทำงานของเครื่องด้วยปุ่ม Emergency off switch ทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยต่อการรักษา

๓.๙ มีช่องต่อ USB สำหรับอัปเดต Software

๓.๑๐ มีระบบ Automatic Laser source calibration

๓.๑๑ สามารถควบคุมการใช้งานได้ด้วย Footswitch


.....ประธานกรรมการ
(นายสุชิน คั่นสร)


.....กรรมการ
(นางสุรรัตน์ อ่าห่งพงศ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศรีนวล แก่วนเชิงคำ)

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑ Safety hand piece spacer ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ mm	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒ Safety hand piece spacer ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ mm	จำนวน ๑ ชุด
๔.๓ Safety hand piece spacer ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ mm	จำนวน ๑ ชุด
๔.๔ Footswitch Control	จำนวน ๑ ชุด
๔.๕ แว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์ safety eyewear	จำนวน ๒ ชุด
๔.๖ ปากกาสัมผัสหน้าจอ (Touch pen)	จำนวน ๑ อัน
๔.๗ รถเข็นสำหรับวางเครื่องพร้อมช่องเก็บของไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง	จำนวน ๑ คัน
๔.๘ คู่มือการใช้งานภาษาไทย และอังกฤษ	อย่างละ ๑ เล่ม

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือผ่านการสาธิตหรือดัดแปลงมาก่อน
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อในเอกสารประกอบการเสนอราคา ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการ
- ๕.๓ บริษัทผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
- ๕.๔ ผู้เสนอราคาแสดงเอกสาร การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่เสนอราคาโดยผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๕.๕ บริษัทผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองที่แสดงว่าจะมีอะไหล่สำรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๖ ผู้เสนอราคาได้ ต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี
- ๕.๗ ในระยะเวลาประกัน หากเครื่องเกิดการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติให้ทำการซ่อมแซมภายใน ๗ วัน ถ้าได้ทำการซ่อมแซมแล้วถึง ๒ ครั้ง แต่ยังคงใช้การไม่ได้หรือใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ ผู้ขายต้องเปลี่ยนอะไหล่โดยอะไหล่ต้องเป็นของใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ถ้าไม่สามารถซ่อมแซมได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับทางโรงพยาบาล และมีเครื่องสำรองให้ใช้งานในระหว่างส่งมอบเครื่องใหม่
- ๕.๘ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

.....ประธานกรรมการ
(นายสุชิน คันสร)

๑.....กรรมการ
(นางสุรรัตน์ อ่าทุ่งพงศ์)

๑ + ๑.....กรรมการ
(นางสาวศรินวล แก้วนเชิงคำ)