



ประกาศจังหวัดอุทัยธานี  
เรื่อง สอบราคากลางซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ด้วย จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะสอบราคากลางซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สว่างอารมณ์ จำนวน ๒ รายการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๕๐

รายละเอียดของครุภัณฑ์

๑. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.- บาท จำนวน ๒ เครื่อง รวมจำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท

๒. เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ

ราคาเครื่องละ ๕๕,๕๐๐.- บาท จำนวน ๑ เครื่อง รวมจำนวนเงิน ๕๕,๕๐๐.- บาท

รวม ๒ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคាតั้งกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขซื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งไว้ยังนี้ไว้แล้ว

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้เอกสารล็อกหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลหรือผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่า้นั้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัดอุทัยธานี

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ณ วันประกาศสอบราคาก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่าง เป็นธรรมในการสอบราคารึงนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาก

ผู้สนใจขอรับใบเสนอราคาได้ที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดยื่นของสอบราคานาในวันราชการ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคานาในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ผู้เข้ายื่นของสอบราคามารอ กันในวัน เวลา ตั้งกล่าว ณ ห้องประชุมห้องประชุมใหญ่พ่อ เสน่ห์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ (หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลเห็นสมควร)

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (ที่นี่ ๒) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๕๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๕๘ ๙๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ *[Signature]*

(นายอธิสุข ปิติวิบูลเศสียร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เอกสาร สอบราคาก๊อฟ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๗  
สอบราคาก๊อฟรูคัณฑ์การแพทย์  
ตามประกาศ จังหวัดอุทัยธานี  
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาก๊อฟรูคัณฑ์การแพทย์ ตาม  
รายการ ดังนี้

๑. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแบบชนิด อัตโนมัติ	จำนวน	๒. เครื่อง
๓. เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอด เกือดคำ	จำนวน	๓. เครื่อง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนั้นต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนด ไม่ใช่เอกสารสอบราคากันนั้น โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

**๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคาก๊อฟ**

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบกำกับราคาก๊อฟ
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้าประภกัน
  - (๑) หลักประกันคัญญา
  - (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
- ๑.๕ บันทึก
  - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

**๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาก๊อฟ
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้อง ไม่ เป็นผู้ที่ถูกกระบุชซื้อไว้ในบัญชีร้ายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและไปแจ้ง  
เวียนซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานค่าระเบียนของทาง  
ราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาห้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ  
ราคาก๊อฟ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาก็ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลักษณะพิเศษหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น  
แต่ว่าฐานของผู้เสนอราคาก็มีกำลังให้สั่งได้และความคุ้มกันเหล่านั้น
- ๒.๕ ผู้เสนอราคาก็ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม

**๓. หลักฐานการเสนอราคา**

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้ในอ กซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังด่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับ-จ่ายซึ่งอุปนัติสิทธิ์และการผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทที่สนธิ บัญชีรายรับ-จ่ายซึ่งกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะกรรมการที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อคดีที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังด่อไปนี้

(๑) แบบฟอร์มแบบรูปประกายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสดงปัจจัยภูมิภาคในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาก่อนที่จะเสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการบุดคลบหรือแก้ไข หากมีการบุดคลบ ตกตัด แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาน้ำเงินบาท และเสนอราคายังคงไว้เสนอราคาก่อน โดยเสนอราคารวม และหาราคาต่อหน่วย และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ อักษรลงและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดวันเสนอราคานี้ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคานี้ได้ เนื่องจากวันลงนามในสัญญา

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ๗๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคานี้ได้ ซึ่งเป็นวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเท็จตามที่ได้ขอ และหารือแบบรูปประกายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์แพทย์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ กรณจะยื่นไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับเม็ดดาลีกอที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะดูด้นฉบับเพียง

ก็อกถ้วยส่วนอราคากำต้องนำเดือนบันทูมาไก้คณะกรรมการเปิดของสอบราคานาจส่วนภายนอกใน ๑ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นของ สอบราคานาจส่วนอราคากาตรวจสอบตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้กับถ้านและเข้าใจเอกสาร สอบราคานาจหนมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นของ สอบราคานาจเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคานาจ

๔.๖ ผู้เสนอราคากำต้องยื่นของใบเสนอราคานาจปีดหนึ่งเรียบร้อยก่อนหน้าของสิ่งประชามติของการเปิดของสอบราคานาจซึ่งก้อนที่ก้าวหนี้โดยระบุไว้ก่อนหน้าของว่า "ใบเสนอราคานาจตามเอกสาร สอบราคานาจ เดือนที่ ๑๕/๒๕๕๗" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการหัวไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นของสอบราคานาจแล้วจะไม่วันของ สอบราคานาจโดยคัดขาด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคานาจดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคากาแต่ละราย ว่า เป็นผู้เสนอราคานาจที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคานาจอื่นตามข้อ ๔ (๑) ณ วันประกาศสอบราคานาจหรือ ไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานาจที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดของใบเสนอราคานาจ

หากปรากฏค่าคอมมิชชันการเปิดของสอบราคานาจอันหรือในขณะที่มีการเปิดของใบเสนอราคานาจ ที่ผู้เสนอราคากากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ เห็นว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคานาจนี้ออกจากเป็นผู้เสนอราคานาจและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานาจที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรรม ฉะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคากาดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคานาจนี้ เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีค่าเป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคานาจถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคานาจ เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคานาจที่มีผล ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคานาจอื่น ณ วันประกาศสอบราคานาจหรือเป็นผู้เสนอราคานาจที่กระทำการอันเป็นการขัด ขวางการแข่งขันราคากาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคานาจ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคานาจเปิดของใบเสนอราคานาจที่มีสิทธิได้รับการคัด เลือกดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมห้องพักผ่อนที่ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

การขึ้นอุทธรณ์คำวินิจฉัย ยื่นไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดของใบเสนอ ราคานาจ เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ ในการฟื้นฟื้นปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเว้นการเปิดของใบเสนอ ราคานาจที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเว้นการเปิดของ ใบเสนอราคานาจดังกล่าวได้

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาค่า

๕.๑ ในการสอบราคานาจ ครั้นนี้ กรรมจังพิจารณาตัดสินด้วย ราคานาจรายการ

๕.๒ หากผู้เสนอราคานาจใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคานาจไม่ถูก ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นของสอบราคานาจไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดของสอบราคานาจ จะ ไม่รับพิจารณาค่าของผู้เสนอราคานาจนั้น เว้นแต่เป็นข้อพิเศษพิเศษหรือพิเศษเพียงเกินอั้ย หรือพิเศษไปจาก เงื่อนไขของเอกสารสอบราคานาจส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กรรมท่านนั้น

๕.๓ กรรมส่วนที่ไม่พิจารณาค่าของผู้เสนอราคานาจ โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานาจนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคานาจหรือในหลักฐานการรับ เอกสารสอบราคานาจของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้เสนอราคานาจ หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคากาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ

ເຕັມອຣາຄາ

(๒) เสนอรายละเอียดแต่ต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารลอบบี้ฯ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราษฎรยื่น

(๔) ราคาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคาไม่ได้ลงลายมือชื่อ  
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดของสอบราคาหรือกรรม มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาเข้าแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นๆ ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรณีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญนาหากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ กรรมการไม่ใช่พิจารณาได้ก็ซึ่งในจำนวน หรือขบวน หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอน ราคา โดยไม่พิจารณาขั้นดังต่อไปนี้ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และ ให้ถือว่า การตัดสินของกรรมการเป็นเด็ดขาด ผู้สอนราคางานเรียกว่าร้องค่าเสียหายได้ ๆ มิได้รวมทั้งกรณีของพิจารณาขากลกิจการสอน ราคา และลงโทษผู้สอนราคางานเรียกว่าร้องค่าเสียหายได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สอนราคางานที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการสอนราคางานทำมาโดยไม่สุจริต เช่น การสอนเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนักคณิตธรรมชาติ หรือ นิติบัญญัติอื่นมาสอนราคางาน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบบาราจาฯ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาน้ำที่มีผลประทัยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบบารา หรือเป็นผู้เสนอราคาน้ำที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาก่อนเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ กรรมการมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาน้ำที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตั้งกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และกรรมจะพิจารณาลงโถผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทึ้งงาน

ในกรณีหากปลดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างชั่งปลดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาก็ต่อเมื่อได้

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๔ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคางานการซ่อมรอบล็ิ่งของโครงการนี้ต้องลาออกจากงานใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในการผู้ชุมนุมการสอบราคานี้สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ หรือกรรมที่นิ่งว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๓ ผู้ชุมนุมการสอบราคานี้ต้องทำสัญญาซึ่งข้อความแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๖.๓ กับกรรมภาระใน ๒ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากลางที่สอบราคากำได้ให้กรรมที่ดีไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(၁) မြန်မာ

(๒) เช็คที่ชนาการตั้งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๑ วันทำการ

(๓) หนังสือคู่ประกันของธนาคารกลางในประเทศตามแบบหนังสือคู่ประกันดังระบุใน

(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งข้อเรียนให้ทราบราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าตอบแทนภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ช่วยการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อมูลพันความสัญญาซื้อขายแล้ว

๔. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราเรื้อรัง ๐.๒ ต่อวัน

๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ช่วยการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๓.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๖. ข้อส่วนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๖.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๕๐

๖.๒ เมื่อกรุงเทพมหานครได้ตัดสินใจซื้อผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม ก่อนราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรืออนุสั่งของดังกล่าวเข้ามายังค่าต่างประเทศ และของนั้นดองนำเข้ามาโดยทางเรือในเดือนที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด สัญเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังค่าต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๑ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากค่าต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเดินเรือกันเรือไทย จำกัดค่าใช้จ่ายประจำประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวี

๖.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรรมได้ตัดสินใจซื้อสิ่งของที่ซื้อขายหรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ กรณีของพิจารณาเรียกร้องให้ขาดให้ความเสียหายอื่น (ภัย) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้รับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการ

๖.๔ กรรมส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อตนได้รับสิ่งของที่ซื้อขายในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (สำนัก)



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับวัดความดันโลหิต โดยที่ผู้ใช้มีต้องพัน Cuff ต้องการความรวดเร็วในการให้บริการ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวัดความดันโลหิต โดยที่ผู้ใช้มีต้องพัน Cuff แบบสอดแขนโดยใช้ Cuff แบบวงกลม พร้อมแสดงการเดินของซีพจรได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบ Non - invasive

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด มีจอแสดงผลการวัดค่าต่าง ๆ เป็นตัวเลข ชนิด LED สีแดง
๒. มีหัวงัดสำหรับวัดความดันที่ผู้ถูกตรวจวัดสามารถวางได้อย่างเหมาะสม เพื่อการวัดค่าที่แม่นยำพร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบการทำงานเคลื่อนไหวของผู้ถูกตรวจ (Human Sensor) วัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา
๓. มีระบบเสียง เพื่อบอกถึงขั้นตอนในการวัด และบอกค่าที่วัดได้
๔. ภาคแสดงอัตราการเต้นของซีพจร (Pulse) สามารถวัดได้ในช่วง ๓๐ – ๒๐๐ ครั้ง/นาที และมีค่าความเที่ยงตรง ± ๓%

๕. ภาคแสดงค่าความดันโลหิต (Blood Pressure)

- ใช้ระบบการวัดแบบ Oscillometric
- สามารถแสดงค่าความดันโลหิตทั้ง Systolic, Diastolic, MEAN และ Pulse
- ตัวเครื่องสามารถวัดค่าแรงดันระหว่าง ๐ – ๓๐๐ mmHg และจะจับค่าความดันได้ในช่วง ๓๐ – ๓๐๐ mmHg
- ค่าความเที่ยงตรงอยู่ในช่วง ± ๒ mmHg

๖. สามารถพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์ผลแบบภายในเครื่องได้ ซึ่งเป็นแบบ Thermal high – speed printer พร้อมมีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ หรือส่งผ่านช่องลอกออกทาง RS – ๒๓๒๓ ให้

๗. ใช้กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์

อุปกรณ์ประกอบ


- กระดาษบันทึกผล จำนวน ๕ ม้วน

 พงษ์สัก

(นายกิริราช พงษ์สัก)

 皮斯德吉

(นางสาวบุญช่วย พิสิเกดีเดช)


 yawalata

(นางกัญญารัช yawalata)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (ภาษาไทย)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑, EN ๕๖๐๐๗, CE Mark
๓. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันรับมอบของครบ
๔. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการ 사용มาก่อน
๕. ในระยะเวลาประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนขึ้นส่วนใหม่ให้หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. ไม่เอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องมือหรือเอกสารที่สามารถยืนยันความเที่ยงตรง

ลงชื่อ

 พนิช

ประธานกรรมการ

(นายกิวิราช พงษ์โภกาส)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางสาวบุญช่วย พิลึกดีเดช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ

 กิตติปน

กรรมการ

(นางกัญญารักษ์ ยาวิลาศ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยตามแผนการรักษา สามารถเคลื่อนย้ายได้

วัตถุประสงค์

๑. ใช้ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยตามแผนการรักษา สามารถเคลื่อนย้ายได้

คุณลักษณะที่ไว้ไป

- ๑ เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ขนาดกะทัดรัด มีหูทิ่มและหีบเครื่องเข้ากับเส้น้ำเกลือได้
- ๒ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐-๖๐ เฮิร์ตซ์ พร้อมระบบแบตเตอรี่สำรองภายในเครื่องชนิดประจุไฟใหม่ได้
- ๓ ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย Class IIb,CFO๑๒๓,IEC/EN ๖๐๖๐๑-๒-๒๔

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑ ระบบควบคุมการให้สารละลายเป็นแบบ Peristaltic Finger Pumping System
๒. เครื่องสามารถใช้ได้กับชุดให้สารละลายที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไป ทั้งชนิด ๑๕, ๒๙, ๒๐ และ ๖๐ drops/ml. โดยมีสัญญาณไฟเฉียบแจ้งให้ทราบ
๓. สามารถตั้งอัตราให้สารละลายได้ ๒ แบบ คือแบบ มิลลิลิตร/ชั่วโมง หรือแบบหยด/นาที
  - ๓.๑ ตั้งแบบมิลลิลิตร/ชั่วโมง (ml/hr)
    - ตั้งแต่ ๓ - ๓๐๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง สามารถปรับได้ทุก ๑ มิลลิลิตร/ชั่วโมง สำหรับชุดให้สารละลายชนิด ๑๕,๒๙ และ ๒๐ drops/ml
    - ตั้งแต่ ๑ - ๑๐๐ หยด/นาที สามารถปรับตั้งได้ทุก ๑ มิลลิตร/ชั่วโมง สำหรับชุดให้สารละลายชนิด ๖๐ drop/ml
  - ๓.๒ ตั้งแบบหยด/นาที (drop/min)
    - ตั้งแต่ ๑ - ๗๕ หยด/นาที สามารถปรับได้ทุก ๑ หยด/นาที สำหรับชุดให้สารละลายชนิด ๑๕,๒๙ และ ๒๐ drops/ml
    - ตั้งแต่ ๑ - ๑๐๐ หยด/นาที สามารถปรับได้ตั้งแต่ ๑ หยด/นาที สำหรับชุดให้สารละลายชนิด ๖๐ drops/ml
๔. สามารถกำหนดปริมาณสารละลายที่จะให้ได้ตั้งแต่ ๐ - ๘๘๘ มิลลิลิตร/ชั่วโมง สามารถปรับได้ทุก ๑ มิลลิลิตรหรือการให้ปริมาณของเหลวแบบอิสระ (delivery Limit Free)
๕. มีจอ LCD (ชนิด Backlit) สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม่นยำในที่มืด แสดงตัวเลขของปริมาณของสารละลายที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไปแล้วตั้งแต่ ๐ - ๘๘๘ มิลลิลิตร
๖. มีระบบเร่งการไหล (Purge Flow Rate) ในอัตรา ๓๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง ควบคุมโดยปุ่มทางด้านหน้าของเครื่อง
๗. มีสัญญาณเตือนทั้งระบบเสียงและแสงให้ทราบถึงสภาวะแต่ละอย่าง ตั้งนี้ infusion complete, Occlusion, Air-in-line, Door open, Empty Container, Flow error, Low battery, โดยเครื่องจะหยุดทำงานทันที โดยอัตโนมัติ ยกเว้น กรณี Low Battery alarm
๘. มีระบบ Re-alarm เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ตรวจสอบกรณีที่ยังไม่ได้แก้ไขสาเหตุของการ alarm ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยที่จะแสดงสัญญาณเตือน้ำเงินใน ๒นาที
๙. ระบบ Start – Reminder เพื่อเตือนให้ผู้ใช้เครื่องกดปุ่ม “Start” ให้เครื่องเริ่มทำงานต่อไป (หลังจากการตั้งการทำงานเครื่องแล้วภายใน ๒นาที)

(นายกฤษช พงษ์ไกร)

(นางสาวบุญช่วย พลีกตีเดช)

(นางกัญญาวิช ยาวิลาศ)

กฤษ พงษ์ไกร

บุญช่วย พลีกตีเดช

กัญญา ยาวิลาศ

/๑๐ มี...

๑๐. มีระบบ KVO : Keep Vein Open โดยเครื่องจะยังคงทำงานต่อเนื่องในกรณีให้สารละลายครบตามจำนวน ที่กำหนดแล้วก็ตาม

๑๑. มีข้อต่อสัญญาณเตือนสำหรับแยกห่างออกไปจากตัวเครื่องได้

๑๒. สามารถปรับความดังของเสียงสัญญาณเสียงเตือนได้ ๓ ระดับ

๑๓. มีระบบแบตเตอรี่สำรองในเครื่องเป็นชนิด Nickel- Cadmium ใช้เวลาในการชาร์จไฟเต็มไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และใช้งานต่อเนื่อง ในอัตรา ๒๕ มิลลิลิตร/ชั่วโมง ได้นาน ๒๕ ชั่วโมง

๑๔. มีสัญญาณแสงแสดงให้ทราบขณะเครื่องไฟฟ้ากระแสงลับหรือจากแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

๑๕. มีระบบล็อกสายอัตโนมัติ (Tubing clamp function) เมื่อมีการเปิดประตูเครื่อง

๑๖. มีระบบยกเลิกปริมาตรสารละลายที่ให้ไปโดยไม่ต้องปิดเครื่อง (Volume delivered clear function)

๑๗. มีระบบความจำ(memory function) ข้อมูลที่ตั้งไว้คือ อัตราการให้และจำนวนที่จะให้เม้มเมื่อปิดเครื่องไปแล้ว

๑๘. เครื่องมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยชนิด Class I ,CF Type

๑๙. ตัวเครื่องจะรัดน้ำหนักเบาโดยน้ำหนักไม่เกิน ๒.๓ กิโลกรัม

๒.๒๐ มีระบบพิวส์ (Fuse) ๒ ชุด ป้องกันกระแสไฟฟ้าภายนอกและวงจรกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง  
เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศในทวีปเอเชีย

๒. มีคุณภาพการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑ เล่ม

๓. ผู้ขายจะต้องตรวจสอบบาร์โค้ด บาร์โค้ดภาษาเครื่องทุก ๖ เดือน ในระยะเวลาบัตรประกัน

๔. รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๕. ในระยะเวลาประกันผู้ขายจะต้องตรวจสอบมาตรฐานของเครื่อง (re-calibration) ปีละครั้ง โดยออกหนังสือรับรองและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายกวิราษ พงษ์อโภส)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวบุญช่วย พลีกตีเดช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางกัญญารัช yawalata)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ